



**Pracoviště:** Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno  
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

## POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

**Datum vydání:** 1. únor 2016

List 1 z 1 listu

**Zákazník:** REBIOS, spol. s.r.o.  
Olomoucká 807/40  
682 01 Vyškov

**Měřidlo - druh:** Váha s neautomatickou činností

**výrobce:** Tenzona Bratislava s. r. o.

**typ:** TEN CZ 40740106

**výrobní číslo:** 70/13

**evidenční číslo:** neuvedeno

**specifikace:** Max 30 000 / 60 000 kg , Min 200 / 400 kg, e = d = 10 / 20 kg

**Použité etalony:** Závaží pro zkoušení vah velké váživosti o hmotnosti 500 a 1000 kg, kalibrace provedena ČMI OI Jihlava, číslo kalibračního listu 6151-KL-H0762-15.

Závaží dle OIML M1 o hmotnosti 20 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0288-15.

Závaží dle OIML F2 o hmotnosti 1 g až 5 kg, výrobce Enbra, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0512-15

**Datum provedení:** 13. leden 2016


**Místo provedení:** REBIOS, spol. s. r.o., Vyškov

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

**Ověření provedl:**

Petr Čefelín



**Vedoucí oddělení měř a vah:**

Jiří Teplý